



浙江省计量科学研究院

Zhejiang Province Institute of Metrology

校准证书

Calibration Certificate

证书编号 Certificate No. RG-20200302080 号

委托方 Customer	浙江大华技术股份有限公司 Zhejiang Dahua Vision Technology Co.,Ltd.
地址 Address of Customer	浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号 No.1199 Bin'an Road,Binjiang District,Hangzhou,China
器具名称 Name of Instrument	便携式黑体辐射源 Portable Black body
型号规格 Type/Specification	JQ-D70Z
出厂编号 Serial No.	K20200130-D3329-C
制造单位 Manufacturer	浙江大华技术股份有限公司 Zhejiang Dahua Vision Technology Co.,Ltd.
受理日期 Acceptance date	2020 年 03 月 31 日 March 31th 2020
校准日期 Calibration date	2020 年 03 月 31 日 March 31th 2020
批准日期 Approval date	2020 年 03 月 31 日 March 31th 2020

发证单位(专用章)

Stamp

批准:
Approved by

职务:
Function

高级工程师

校准:
Calibrated by

核验:
Checked by

地址:浙江省杭州市江干区下沙路 300 号
Address No.300,XiaShaRoad,HangZhou,Zhejiang
传真(Fax): 0571-85020572

电话(Tel):0571-85027145

网址(Website):www.zjim.cn

附: 温度均匀性校准数据 Temperature uniformity calibration data: r=2cm

设定温度 (°C) Set Temp.	40.0
标记点编号 Numbering code	温度实测值 (°C) Measured value (°C)
1	39.99
2	39.96
3	39.96
4	40.01
5	40.00

标记点分布图: Distribution of marker

+1	/	+2
/	+5	/
+4	/	+3

以下空白
The end

注:

Note

1) 本次校准用测量设备的量值均可溯源至国家基准。

The value of equipment used in this calibration is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

2) 本证书的校准结果仅对所校准的设备有效。

The data are valid only for the instrument(s).

3) 未经本院批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by ZJIM.

4) 中英文对照的证书内容存有歧义时, 以中文文本为准。

If bilingual certificate is ambiguity, the Chinese version shall prevail.